



AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

AUTORITE CONTRACTANTE : UNIVERSITE DE LOME

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE (CERViDA-DOUNEDON)

FINANCEMENT : Crédit IDA N° 6512-T

LOME, LE 15 DECEMBRE 2023

REFERENCE DE LA PROCEDURE : DRP n° 004/2023/UL/PRMP/CERViDA-DOUNEDON

DATE DE PUBLICATION : 09 juin 2023

ORGANE DE PUBLICATION : TOGO PRESSE N° 11558

MODE DE LA PROCEDURE : Demande de Renseignement de Prix (DRP)

OBJET DE LA PROCEDURE : « Acquisition des équipements de recherche et d'application du CERViDA-DOUNEDON (GPS DIFFERENTIEL, THEODOLITHE, etc.) ».

DATE LIMITE DE DEPOT ET D'OUVERTURE DE PLIS	DATE ET HEURE/OBSERVATIONS		
	Date initiale :	23 juin 2023 à 15 H00 et 15 H 30 GMT	
Nouvelle date limite :	29 novembre 2023 à 15 H00 et 15 H 30 GMT		
SOUSSIONNAIRES	NOMBRE	Quatre (04)	
	DENOMINATIONS SOCIALES	(2) STEA SARL, (02) TONEGE SARL, (03) SOLUTECH INFORMATIQUE & SERVICES (SIS) SARL U, (04) HI TECH GEOSERVICES.	
SOUSSIONNAIRES NON RETENUS	MOTIFS DE REJET		
SOLUTECH INFORMATIQUE & SERVICES (SIS) SARL U	✓ Balance de précision : il propose un écran LCD rétroéclairé contre Ecran tactile couleur haute résolution exigé dans la DRP.		
	✓ Etuve (Séchage/chauffage des échantillons) : il propose pour la température de réglage +5°C à +250° C contre +5 - 300°C et pour le volume de la chambre interne 112 litres contre 125 litres exigé dans la DRP ;		
HI TECH GEOSERVICES	✓ Distillateur d'eau : propose la marque LABOMODERNE avec 3 modèles différents sans réservoir de 8 litres comme exigé dans la DRP		
	✓ Conductimètre portable : propose la marque LABOMODERNE avec 05 modèles différents indiquant un modèle spécifique		
	✓ Spectrophotomètre UV visible : propose pour la transmission 0 à 200%T contre une transmission de 0 à 400% exigée dans la DRP		
	✓ Balance de précision : Propose Grand écran LCD rétroéclairé contre Ecran tactile couleur haute résolution exigé ; Propose dimensions totales LxPxH : 180x310x85mm contre une dimension de 354mmx100mmx230mm (LxPxH) exigée.		
✓ Viscosimètre (Détermination de la viscosité) : Il propose un écran digital contre un écran tactile couleur multilingue 5" exigé dans la DRP.			
✓ Conductimètre portable : Il propose dans sa fiche un matériel imprécis. Mais selon la fiche technique dans les recherches sur site internet du fabricant (www.laboandco.com), la gamme de température de l'équipement proposé est de 0 à 60° contre une gamme de température de -5,0 à 105,0 °C / 23,0 à 221,0 °F exigée dans la DRP.			
✓ Agitateur va et vient multipostes : propose la marque LABO AND CO et le modèle MX 350. Sa fiche technique simplifiée dans son offre est imprécise. Nos recherches sur le site internet du fabricant (www.laboandco.com) a permis de retenir que la charge maximale de l'agitateur proposée est de 7, 5 kg contre 10 kg exigé dans la DRP.			
✓ Spectrophotomètre UV visible : aucune proposition faite			

SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES

SOUSSIONNAIRES	MONTANTS F CFA LUS A L'OUVERTURE		Correction des erreurs arithmétiques en F CFA	Ajustements après (Annulation de 02 articles : 6 et 14)	Services connexes en F CFA TTC retenus après annulation des 02 articles	Montants F CFA (TTC), après correction, rabais y compris	Classement
	HT	TTC					
TONEGE SARL	265 800 000	313 644 000	Néant	- 245 440 000 (Articles 6 et 14) Soit 78% de réduction	0 (0 x 78% = 0)	68 204 000	1 ^{er}
STEA SARL	249 665 344	294 605 106	Néant	- 208 026 745 (Articles 6 et 14) Soit 75% de réduction	4 488 425 (17 953 700 x 75% = 13 465 275)	73 113 086	2 ^{ème}

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE : TONEGE SARL, 1 Iedrzanawoé Sagboville non loin de la FTF 03B.P : 30415 Lomé-Togo Tél : +228 70 40 03 20/ 93 78 20 03

MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : Soixante-huit millions deux cent quatre cent quatre mille (68 204 000) francs CFA TTC

DELAI DE LIVRAISON : Un (03) mois

La publication du présent procès-verbal d'attribution provisoire est effectuée en application de l'article 95 du décret n° 2022-080/PR du 06 juin 2022 portant code des marchés publics au Togo.

